



Mgr. Marcela Sedláčková

tel: +420 224 382 869

email: sedlackovamarcela@af.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Centrum projektů, inovací a transferu technologií

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „STACIONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÝ SYSTÉM VČETNĚ SOND A PŘÍSLUŠENSTVÍ“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Alfnumerická klávesnice bez touchscreen

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s ovládacím panelem, který je vybaven alfanumerickou klávesnicí i touchscreenem?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Poloha klávesnice musí být nastavitelná do stran o 90°

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s klávesnicí nastavitelnou do stran o 40°?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Dynamický rozsah systému minimálně 20 – 290 dB.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s dynamickým rozsahem do 260 dB?

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Možnosti rozšíření o bateriový provoz (integrováný bateriový systém přímo v přístroji) s výdrží minimálně jednu hodinu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s možností rozšíření o bateriový provoz (integrováný systém přímo v přístroji) s výdrží 30 minut?

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Rychlost kontinuálního Dopplera až 96 m/s.

Předpokládáme, že se jedná o překlep a hodnota má být 9,6 m/s. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s rychlostí kontinuálního Dopplera až 6 m/s?

Dotaz č. 6:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Full screen mód pro roztažení obrazu na celou obrazovku.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj bez Full screen módu?

Dotaz č. 7:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Mikrokonvexní sonda v rozsahu minimálně 4,0 MHz – 12,0 MHz

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s mikrokonvexní sondou s rozsahem 4,0 MHz – 10,0 MHz?

Dotaz č. 8:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Sektorová (kardio) sonda v rozsahu minimálně 1,5 MHz – 5,3 MHz

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj se sektorovou sondou s rozsahem 1,7 MHz – 4,0 MHz?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel rozhodl:

Dotaz č. 1: Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s ovládacím panelem, který je vybaven alfanumerickou klávesnicí i touchscreenem.

Dotaz č. 2: Zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s klávesnicí nastavitelnou do stran o 40° s výhradou.

Dotaz č. 3: Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s dynamickým rozsahem do 260 dB.

Dotaz č. 4: Ano, zadavatel bude s výhradou akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s možností rozšíření o bateriový provoz (integrováný systém přímo v přístroji) s výdrží 30 minut.

Dotaz č. 5: Zadavatel napravuje zadání specifikace na: rychlost kontinuálního Dopplera až **9,6** m/s. Ultrazvukový přístroj s rychlostí kontinuálního Dopplera až 6 m/s bude akceptován s výhradou.

Dotaz č. 6: Ne, zadavatel nebude akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj bez Full screen módu?

Dotaz č. 7: Zadavatel bude akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s mikrokonvexní sondou s rozsahem 4,0 MHz – 10.0. MHz s výhradou.

Dotaz č. 8: Zadavatel bude akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj se sektorovou sondou s rozsahem 1,7 MHz – 4,0 MHz s výhradou.

S pozdravem

Mgr. Marcela Sedláčková
Česká zemědělská univerzita v Praze

Datum 30.4.2021

Podpis