



Mgr. Marcela Sedláčková

tel: +420 224 382 869

email: sedlackovamarcela@af.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Centrum projektů, inovací a transferu technologií

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace IV.

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „STACIONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÝ SYSTÉM VČETNĚ SOND A PŘÍSLUŠENSTVÍ“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje:

- Dynamický rozsah systému minimálně 20 - 290 dB.

Může dodavatel nabídnout technické řešení, které má dynamický rozsah 10-250 dB?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje:

- Poloha klávesnice musí být nastavitelná do stran o 90°.

Může dodavatel nabídnout technické řešení, které má 4 flexibilní kolečka, díky kterým můžete ultrazvuk otáčet o 360° na místě?

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje:

- Alfnumerická klávesnice bez touchscreeenu.

Může dodavatel nabídnout technické řešení s klasickou alfanumerickou klávesnicí, a navíc dotykový display pro snadnější ovládání?

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje:

Lineární sonda v rozsahu minimálně 7,0 – 18,0 MHz

Mikrokonvexní sonda v rozsahu minimálně 4,0 MHz – 12,0 MHz

Sektorová (kardio) sonda v rozsahu minimálně 1,5 MHz – 5,3 MHz

Může dodavatel nabídnout technické řešení viz. níže?

Lineární sonda v rozsahu 8,0 – 17,0 MHz

Mikrokonvexní sonda v rozsahu minimálně 5,0 MHz – 8,0 MHz

Sektorová (kardio) sonda v rozsahu minimálně 1 MHz – 5 MHz

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel rozhodl:

Dotaz č. 1: Zadavatel bude akceptovat nabídku na technické řešení, které má dynamický rozsah 10-250 Db, s výhradou.

Dotaz č. 2: Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na technické řešení, které má 4 flexibilní kolečka, díky kterým můžete ultrazvuk otáčet o 360° na místě. Přístroj bude používán k výuce několika studentů najednou a je zapotřebí přinejmenším částečná možnost rotace.

Dotaz č. 3: Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na technické řešení s klasickou alfanumerickou klávesnicí, a navíc dotykový display pro snadnější ovládání.

Dotaz č. 4: Zadavatel bude akceptovat nabídku na technické řešení:

Lineární sonda v rozsahu 8,0 – 17,0 MHz

Sektorová (kardio) sonda v rozsahu minimálně 1 MHz – 5 MHz

Rozsah mikrokonvexní sondy (minimálně 5,0 MHz – 8,0 MHz) je nedostatečný.

S pozdravem

Mgr. Marcela Sedláčková

Česká zemědělská univerzita v Praze

Datum 4.5.2021