

Vysvětlení/změna nebo doplnění Výzvy k podání nabídek

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 25. června 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ VÝZVY I.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění Výzvy k podání nabídek vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Modernizace vybavení laboratoří PEF - IoT**“

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 1

Dotaz k položce č. 3: Komunikační rozhraní a protokoly alespoň SDI-12, MODBUS, USB, Bluetooth. Vysvětlíte, zda je požadováno vybavení těmito 4 komunikačními protokoly zároveň nebo je požadován alespoň jeden z nich. Ve specifikaci uvedené max. rozměry a váha pro váhové srážkoměry podle našeho průzkumu neodpovídají nabídce na trhu. Je možno tyto parametry překročit nebo parametry změnit?

Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 1

K výše uvedené žádosti zadavatel uvádí, že je požadováno vybavení všemi uvedenými rozhraními a protokoly. K druhé části dotazu k položce č. 3 zadavatel uvádí, že došlo k písařské chybě, kdy požadavek na rozměry bude změněn na max. 400 mm průměr x 600 mm a váha do 10 kg bez držáku. Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá novou upravenou přílohu č. 3 – Technickou specifikaci. Účastník je povinen pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 2

Dotaz k položce č. 4: V popisu položky a specifikaci je nesoulad v požadované přesnosti měření. Máme se tedy řídit uvedenou specifikací: Přesnost 0,5 % nebo lepší?

Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 2

Zadavatel požaduje, aby se účastníci řídili uvedenou specifikací ve sloupci F přílohy č. 3 Výzvy. Zároveň zadavatel uvádí, že v upravené příloze č. 3 – Technické specifikaci byl změněn popis položky resp. její název. Účastník je povinen pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 3

Dotaz k položce č. 8: Můžete prosím vysvětlit nebo změnit požadavek na provozní teplotu? Není uvedený rozsah provozní teploty písařská chyba?

Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 3

Jedná se o písářskou chybu, minimální teplotní rozsah je -11°C až + 49°C. Tento údaj byl v upravené příloze č. 3 – Technická specifikace upraven. Účastník je povinen pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 4

Dotaz k položce č. 16: Přesnost snímání až 0,04 mm. Můžete upřesnit tento parametr jako menší nebo rovno požadované hodnotě? Rozsah jednoho snímku minimálně 100*1300 mm. Jedná se pravděpodobně o písářskou chybu (obraz o poměru stran 1:13 není běžný). Můžete tedy uvést správný minimální rozsah snímku? Skenovací vzdálenost 300-500 mm. Vysvětlíte, zda se jedná o požadovaný pevně stanovený rozsah skenovací vzdálenosti nebo stačí aby skutečný rozsah skenovací vzdálenosti byl částí uvedeného intervalu?

Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 4

Zadavatel požaduje přesnost snímání 0,05 mm nebo lepší. Dále zde zadavatel uvádí, že se jedná o písářské chyby. Tyto údaje byly v upravené příloze č. 3 – Technická specifikace upraven. Účastník je povinen pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou technickou specifikaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 7. 2021 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze