

Mgr. Marcela Sedláčková

tel: +420 224 382 869

email: sedlackovamarcela@af.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Centrum projektů, inovací a transferu technologií

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Dentální jednotka pro použití ve veterinární praxi.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Upřesnění bodů v technické specifikaci.

- Turbínový násadec / otočný násadec/360st. - je myšleno turbínový násadec na rychlospojce?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel rozhodl:

Dotaz č. 1: Ano, požadujeme, aby turbínový násadec na rychlospojce byl otočný o 360st.

Dotaz č. 2:

Upřesnění bodů v technické specifikaci.

- Bezolejový kompresor - je potřeba 25 l vzdušník? Integrované kompresory jsou s ohledem na rozměry max. 10l.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel rozhodl:

Dotaz č. 2: Ano, požadujeme vzdušník 25l, aby agregát kompresoru nemusel tak často spínat. Uvedenou alternativu (max 10 l) lze akceptovat s výhradou.

S pozdravem



Mgr. Marcela Sedláčková
Česká zemědělská univerzita v Praze

Datum 5.8.2021