

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. 9. 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem **„Dodávka laboratorních potřeb a spotřebního materiálu“**.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Laboratorní potřeby_6, položka č. 298-300: Špičky pipetovací:

Specifikace je příliš obecná. Může zadavatel blíže specifikovat parametry požadovaných špiček a případnou kompatibilitu k pipetám?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 298 - 300.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Laboratorní potřeby_6, položka č. 304: Sáčky na odpad (100):

Zadavatel požaduje 100 PE sáčků v roli. Bude akceptováno i balení 48 sáčků v roli popřípadě jiný materiál polypropylen?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje. Zadavatel rovněž připouští i jiný materiál. Zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 304.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Laboratorní potřeby_6, položka č. 308 a 309:

Z jakého materiálu mají být lahve (sklo, plast, popřípadě jaký)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 308 a 309.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Laboratorní potřeby_6, položka č. 311:

Zadavatel požaduje velikost balení 10 kg. Bude akceptováno i balení po 10 m (cca 1.35 kg)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje. Zadavatel doplnil a upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 311.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Laboratorní potřeby_6, položka č. 314:

Zadavatel požaduje kruhové filtrační papíry různých rozměrů. Specifikace je příliš obecná. Mají být filtry kvalitativní/kvantitativní, je požadována konkrétní filtrační rychlost? Cena je pro každý rozměr jiná, je možné rozdělit položku podle jednotlivých průměrů zvlášť?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 314. Zároveň zadavatel rozděлил kruhové filtrační papíry dle rozměrů a doplnil tuto přílohu, část Laboratorní potřeby_6, o položky 342 – 345.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Laboratorní potřeby_6, položka č. 315:

Zadavatel požaduje pěstební nádoby. Z jakého materiálu mají nádoby být a jaký má být jejich přibližný rozměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_6, položka 315.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Laboratorní potřeby_6, položka č. 330:

Bude zadavatel akceptovat i balení po 100 kusech? Cena by se samozřejmě počítala na 128 ks, ale fyzicky by zadavatel obdržel 2 balení po 100 kusech.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Laboratorní potřeby_1, položka č. 12:

Akceptuje zadavatel balení 50 ml lahviček po 500 kusech?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Laboratorní potřeby_1, položka č. 27:

Akceptuje zadavatel rozměry sáčků 250x350 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ano, zadavatel tento rozměr akceptuje. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_1, položka 27.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Laboratorní potřeby_3, položka č. 233:

Akceptuje zadavatel autoklávovatelné sáčky o rozměru 610x420 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ano, zadavatel tento rozměr akceptuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Laboratorní potřeby_4, položka č. 87:

Akceptuje zadavatel balení po 700 kusech?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Laboratorní potřeby_5, položka č. 295:

Akceptuje zadavatel stojánky na zkumavky s průměrem otvoru 16 mm namísto 17 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Ano, zadavatel stojánky s průměrem otvoru 16 mm akceptuje. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_5, položka 295.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Laboratorní potřeby_6, položka č. 304:

Akceptuje zadavatel PP sáčky místo PE?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Laboratorní potřeby_9, položka č. 138:

Akceptuje zadavatel Petriho misky s Beta sterilizací?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Ano, zadavatel tyto Petriho misky akceptuje. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_9, položka 138.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Laboratorní potřeby_9, položka č. 139:

Akceptuje zadavatel Krabičku pro mikrozkušky 10x10 s jinou barvou než růžovou? Např. oranžová, zelená nebo žlutá.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Ano, zadavatel tuto barvu krabičky akceptuje. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_9, položka 139.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Laboratorní potřeby_10, položka č. 70:

Akceptuje zadavatel balení po 1000 kusech?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Ano, zadavatel tuto velikost balení akceptuje, zároveň ale zadavatel doplňuje požadavek, aby sterilní balení bylo maximálně po 5 kusech. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní potřeby_10, položka 70.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27. 10. 2021 do 9:00 hodin.

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění - kalkulační model. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze