

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 1. října 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Nákup experimentálních přístrojů a měřidel**“, část b. „**Přístroje a měřidla pro experimenty v terénu**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci pro Multifunkční datalogger zadavatel uvádí možnost připojení na místě k externímu záznamovému zařízení. Bylo by možné blíže specifikovat toto externí záznamové zařízení (způsob propojení s Multifunkčním dataloggerem, jeho napájení, krytí atd.)? Může být za toto externí záznamové zařízení považován notebook, nebo tablet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel připouští jako externí záznamové zařízení notebook nebo tablet. Napájení, krytí a způsob propojení externího záznamového zařízení s Multifunkčním dataloggerem zadavatel ponechává bez bližší specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V technické specifikaci pro Multifunkční datalogger zadavatel uvádí možnost programovatelného rozhraní (API). Může zadavatel blíže specifikovat, jakými funkcemi má programovatelné rozhraní (API) disponovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

API má za úkol zpřístupnit data pro databázi zadavatele, a to ve formě https adresy, která umožní přístup k zasílaným datům z dataloggeru po zadání uživatelského hesla a jména, data se mohou vracet např. v JSON. Tzn. všechna naměřená data, která datalogger zaznamenává a odesílá, by měla být takto automaticky dostupná pro databázi zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V technické specifikaci pro Multifunkční datalogger zadavatel uvádí možnost zasílání informace o napětí na bateriích. Tímto požadavkem bylo myšleno zasílání informací o napětí na interní i externí

baterii? Je možné tento parametr nahradit informací o zbývajícím kapacitě interní baterie, která poskytuje uživateli lepší informaci o stavu baterie?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje informaci, která povede k minimalizaci ztráty pořizování dat v důsledku výpadku zdroje elektrické energie. Způsob řešení zadavatel ponechává na zpracovateli. Zadavatel připouští jako indikátor pro výměnu elektrického zdroje informaci o zbývajícím kapacitě interní baterie.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Je pro zadavatele nezbytně nutné přijímat informace o síle NB signálu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ano, pro zadavatele to je nezbytně nutné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V technické specifikaci pro Hladinoměr do min. 100 m, zadavatel uvádí požadavek na kovový naviják. Lze tento požadavek splnit kovovým rámem a sondou hladinoměru, s odolnou plastovou cívkou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ano, zadavatel toto řešení připouští, nicméně uvádí, že pokud je cívka z jiného odolného materiálu, lze využít i odolnou cívku bez kovového rámu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 11. 10. 2021 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze