

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD – ČÁST C

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Rádi bychom v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem „DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD“, část C, CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ CHLAZENÁ SE SADOU ROTORŮ požádali o vysvětlení ZD:

Rádi bychom nabídli chlazenou centrifugu v mnoha směrech převyšující požadované parametry (rpm, rozsah chlazení). Má však programování s pamětí na 9 programů oproti požadovaným 50 programům.

Bude tato změna pro zadavatele akceptovatelná?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že upravuje technickou specifikaci zařízení CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ CHLAZENÁ SE SADOU ROTORŮ takto:

- Možnost programování s minimálním objemem paměti 9 programů

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se zákonem o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to na celou původní délku z důvodu možného rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů (tedy 11 pracovních dnů).

Nová lhůta pro podání nabídek: do 28. 12. 2021 do 10:00 hod.

Příloha:

- Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část C_Vysvětlení ZD č. 1

V Praze dne 9. 12. 2021

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky