

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD – ČÁST C

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 2

Rádi bychom v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem „DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD“, část C, CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ NECHLAZENÁ požádali o vysvětlení ZD: Rádi bychom nabídli nechlazenou centrifugu splňující i převyšující požadované parametry uvedené v ZD. V ZD máte daný požadavek na technické provedení „přesné nastavení rychlosti“. Námi nabízená centrifuga má nastavení rychlost po 10 rpm. Bude tato změna pro zadavatele akceptovatelná?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že účastníkem nabízená centrifuga splňuje zadavatelem technickou specifikaci, kdy bylo podmínkou „přesné nastavení rychlosti“ v minimálním rozpětí 500 – 13000 rpm, ale samotný interval nebyl nijak specifikován. Pro jednoznačné stanovení technické specifikace není nadále požadavek na „přesné nastavení rychlosti“ požadován, zadavatel tedy upravuje technickou specifikaci zařízení CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ NECHLAZENÁ tak, že požadavek odstraní.

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se zákonem o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to na celou původní délku z důvodu možného rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů (tedy 11 pracovních dnů).

Nová lhůta pro podání nabídek: do 3. 1. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

- Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část C_Vysvětlení ZD č. 3

V Praze dne 15. 12. 2021

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky