

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4 - 5

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD – ČÁST A A ČÁST B

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 3

Posílám dodatečný dotaz k přístroji v části A - MÍCHACÍ TERMOBLOK NA DNA VZORKY S VÝMĚNNÝMI BLOKY :

Můžeme nabídnout přístroj uvedených charakteristik, avšak teplotní rozsah je pouze do 105°C. Domníváme se že pro plánované aplikace není třeba nastavovat na teploty do 120°C a proto žádáme zda zadavatel akceptuje dodání přístroje který má rozsah vyhřívání do 105°C.

#### Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že účastníkem nabízený přístroj je pro něj akceptovatelný, zadavatel tedy upravuje technickou specifikaci zařízení MÍCHACÍ TERMOBLOK NA DNA VZORKY S VÝMĚNNÝMI BLOKY takto:

- Minimální horní hranice teplotního rozsahu +105 °C s odchylkou maximálně ± 0.5 °C

#### Dotaz č. 4

Rádi bychom se v rámci zadání části B u zakázky "Dodávka Laboratorního zařízení pro FLD" dotázali, zda by byla pro zadavatele akceptovatelná změna specifikací:

Krájecí rozsah: minimálně 1 - 40 mm

Nastavitelná amplituda v rozmezí alespoň 0-2,5 mm a přírůstcích max. 0.05 mm

Oba parametry jsou na horní hranici reálné využitelnosti a věříme, že i při jejich drobném snížení bude zařízení fungovat podle představ zadavatele.

#### Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že účastníkem požadovaná změna specifikací je pro něj akceptovatelná, zadavatel tedy upravuje technickou specifikaci zařízení takto:

- Nastavitelná amplituda v rozmezí alespoň 0-2,5 mm a přírůstcích max. 0.05 mm
- Krájecí rozsah: minimálně 1 - 40 mm

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se zákonem o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to na celou původní délku z důvodu možného rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů (tedy 11 pracovních dnů).

**Nová lhůta pro podání nabídek: do 6. 1. 2022 do 10:00 hod.**

Příloha:

- Příloha č.2\_Technická\_specifikace\_Laboratorní zař. pro FLD\_část A\_Vysvětlení ZD č. 4-5
- Příloha č.2\_Technická\_specifikace\_Laboratorní zař. pro FLD\_část B\_Vysvětlení ZD č. 4-5

V Praze dne 20. 12. 2021

.....  
Magdaléna Bičová, administrátor  
veřejné zakázky