

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2-3

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU ČIDEL

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce, a to nad rámec svých povinností, neboť dotazy byly doručeny již po lhůtě pro podání dotazů dle ZZVZ.

Dotaz č. 2

Dotazy k Příloha č.2 Technická specifikace

Obecné i technické požadavky vymezují požadavek na integrovaný datalogger pro ukládání naměřených dat s kapacitou min. 500tis měření. V rámci Příslušenství jsou pak požadované kabely k propojení s počítačem na odečítání dat.

1. Proč Zadavatel nevyžaduje použití moderních technologií pro internet věcí (IoT), které využívají bezdrátové IoT sítě (např. NB-IoT s pokrytím přes 99% České republiky) a zajistí tak každodenní přenos dat do dodané aplikace či aplikace Zadavatele při splnění 5letého provozu na baterie bez nutnosti fyzicky objíždět a připojovat přes 1000 čidel kabelem?
2. Může dodavatel nabídnout řešení na bázi on-line přenosu dat bez dataloggerů a připojovacích kabelů?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že zařízení využívající IoT nevyžaduje vzhledem k tomu, že zařízení budou používána i mimo území České republiky, včetně oblastí se špatným pokrytím IoT signálem. Ze stejného důvodu nemůže akceptovat řešení na bázi on-line přenosu.

Dotaz č. 3

Dotaz k Zadávací dokumentaci bod 9. Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny celkem za celý předmět plnění uvedené v krycím listu nabídky.

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci dva samostatné druhy čidel pro odlišné účely. Proč se Zadavatel rozhodl, že je pro něj nejvýhodnější vybrat dodavatele s nejnižší celkovou cenou za oba druhy čidel? Proč zadavatel nevybere dodavatele podle nejnižší ceny za každý druh čidla samostatně?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že veřejná zakázka není dělená na části, tudíž nemůže posuzovat nejnižší cenu za každý druh čidla samostatně. Posuzuje nabídkovou cenu za celý předmět plnění, tj. za součet nabídkových cen za 500 ks automatického čidla na měření vlhkosti půdy a teploty vzduchu nad zemí a 600 ks čidla na automatické měření teploty vzduchu dohromady.

V Praze dne 20. 12. 2021

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky