

Písemná zpráva zadavatele

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III, růstové komory

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky	
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace růstových komor do nové budovy FŽP III.	
2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku	

3. Druh zadávacího řízení	
Otevřené řízení dle § 56 zákona	
4. Označení účastníků zadávacího řízení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Průmyslová 470, 664 24 Drásov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	60646594
5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Průmyslová 470, 664 24 Drásov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	60646594
Odůvodnění:	Nabídka účastníka ani po jejím objasnění a doplnění stále nespĺňuje zadávací podmínky, zejména technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, zadavatel požadoval v projektové dokumentaci růstové komory s vnějšími půdorysnými rozměry 1200 x 2000 mm, účastník ve své nabídce uvedl vnější půdorysný rozměr 2490 x 1150 mm. Zadavatel žádal o objasnění tohoto parametru, resp. potvrzení, že růstová komora splní

	zadavatelem stanovený technický parametr. Účastník ve své odpovědi na žádost o objasnění či doplnění nabídky uvedl, že je schopen dodat zmenšené provedení komory o vnějších rozměrech 2050 x 1150 mm. Tyto rozměry však neodpovídají požadavku zadavatele na vnější velikost růstové komory, účastník tedy nesplňuje zadávací podmínky.
--	--

6. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva a odůvodnění jeho výběru	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
Právní forma:	---
IČO:	---
Odůvodnění:	---

7. Označení poddodavatelů	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
Právní forma:	---
IČO:	---

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
dle § 127 odst. 1 zákona: po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. Zadavatel v rámci posouzení nabídek vyloučil jediného účastníka ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. V zadávacím řízení tak není žádný účastník.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků
V souladu se zákonem zadavatel umožnil podání nabídek pouze v elektronické podobě.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Rozdělení veřejné zakázky na části by nebylo účelné.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona.