

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. dubna 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních a terénních přístrojů a zařízení včetně příslušenství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 1: Dávkočerpací na kyseliny: K dávkočerpací požadujete PTFE/ETFE adaptér, avšak toto příslušenství je specifické pro každé hrdlo láhve, ze které se bude dávkovat. Proto Vás prosím o sdělení, na jaké hrdlo láhve má být tento adaptér.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje standardní závit 45 mm. Zároveň zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 30: Refraktometr na cukr: Prosím o požadovaný rozsah měření v jednotkách Brix.?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Požadovaný rozsah je 0-80 % BRUX, rozlišení 0,5 % BRUX bez teplotního čidla. Zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 30.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 37: Dávkočerpací na lahve vrchní: Bude zadavatel akceptovat dávkočerpací s rozsahem 10 - 100ml při splnění ostatních parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel tento rozsah akceptuje. Zároveň zadavatel upravil specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 37.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 40: Třepačka (pro 15 a 50 ml zkumavky): Pojem ROTAČNÍ pohyb je zavádějící, proto prosím o upřesnění, zda se má jednat o třepačku s 360° vertikálním rotačním pohybem (s horizontální osou otáčení) nebo o 3D pohyb tzv. GYRATORY (s vertikální osou otáčení). Bude zadavatel akceptovat držák zkumavek s touto kapacitou: 5 x 50 ml (průměr 20 - 30 mm) + 12 x 1,5 - 15 ml (průměr 10 - 16 mm) při splnění ostatních parametrů třepačky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje třepačku s 360° vertikálním rotačním pohybem (s horizontální osou otáčení). Budeme akceptovat držák zkumavek s touto kapacitou: 5 x 50 ml (průměr 20 - 30 mm) + 12 x 1,5 - 15 ml (průměr 10 - 16 mm) při splnění ostatních parametrů třepačky. Zadavatel doplnil a upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 40.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 45: Dávkoč na silné kyseliny: K dávkoči požadujete PTFE/ETFE adaptér, avšak toto příslušenství je specifické pro každé hrdlo láhve, ze které se bude dávkovat. Proto Vás prosím o sdělení, na jaké hrdlo láhve má být tento adaptér.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje GL45 a GL33. Dále pak zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 45.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 85: Dávkoč na silné kyseliny: K dávkoči požadujete PTFE/ETFE adaptér, avšak toto příslušenství je specifické pro každé hrdlo láhve, ze které se bude dávkovat. Proto Vás prosím o sdělení, na jaké hrdlo láhve má být tento adaptér.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel požaduje standartní závit 45 mm. Zároveň zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 85.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 30: Refraktometr na cukr: Jaký rozsah a jaké rozlišení má mít refraktometr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 37: Dávkovač na lahve vrchní: Bude zadavatel akceptovat rozsah 10 - 100 ml?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 59: Jednokanálová pipeta: Jaký dávkovací objem (rozsah objemový a dělení) má mít pipeta?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Pipeta musí být kompatibilní se stříkačkami eVol XR SGE a tedy musí být schopná pracovat v rozsahu 0,2 – 1000 uL. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 59.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 108: Pipeta 0,5ul-10ul: Bude zadavatel akceptovat pipetu o objemu 1 ul – 10 ul?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ano, zadavatel tento rozměr akceptuje. Zadavatel upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 108.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 121: Refraktometr: Jaký rozsah a jaké rozlišení má mít refraktometr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Požadovaný rozsah je 0 - 80 % BRIX, rozlišení 0,5 %. Zadavatel doplnil bližší specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 121.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 24. 5. 2022 do 9:00 hodin.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění – kalkulační model. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze