

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 16. května 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních a terénních přístrojů a zařízení včetně příslušenství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, Položka č. 38: Sada automatických pipet: ergonomické pipety. 3 ks, (2 - 20 µl), (20 - 10 µl) , (10 - 1000 µl), v případě 20-10 µl, nejedná se prosím o administrativní chybu, nemáte na mysli 20-200 µl?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, jedná se o administrativní chybu. Zadavatel upravil specifikaci do přílohy č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, část a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 38.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, Položka č. 39: Vakuová vývěva rotační olejová: vývěva s konečným podtlakem min. 4×10^{-4} a průtokem min. 2.3 m³/h, v jakým jednotkách je konečný podtlak uveden prosím?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jednotkou je mbar.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 40: Třepačka: rotace, rychlost od 5 to 70 rpm, standardní platforma max. 260x260cm, držák na 5 x10-15 mL a 6x50 mL, 230 V, s 360° vertikálním rotačním pohybem (s horizontální osou otáčení), držák zkumavek s min. kapacitou: 5x50ml (průměr 20-30mm) + 12x1,5-15ml (průměr 10-16mm), nejedná se v případě velikosti platformy a překlep? Bude akceptována třepačka o celkovém rozměru 365x195x155 mm ((WxDxH).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, jedná se o administrativní chybu. Zadavatel doplnil a upravil bližší specifikaci v příloze č. 4_Specifikace plnění – kalkulační model, a. Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, položka č. 40. Zadavatel netrvá na rozměru 260x260 cm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 16. 6. 2022 do 9:00 hodin.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ v2 příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění – kalkulační model. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze