

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 17. června 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních pipet a příslušenství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V položce č. 29 zadavatel požaduje set špiček pro pipetu/dávkovač. Chtěli bychom se zeptat, jak si zadavatel tuto položku představuje? Jak by měla být balena? Pro jaké pipety/dávkovače jsou špičky určeny?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje 20 ks samostatně balených univerzálních špiček od každé velikosti v jednom balení, které budou kompatibilní k pipetám v položkách 38 – 42. Tj. zadavatel uvedl v popisu 7 velikostí (vel. 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml) a od každé velikosti požaduje minimálně 20 ks.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V položce č. 35 zadavatel požaduje špičky mikro 0,1-2 µL. Bohužel, jsme k tomuto požadavku nenašli variantu. Je možné, že zadavatel měl na mysli rozsah špiček 0,1-20 µL?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel akceptuje špičky 0,1-20 µL za předpokladu kompatibility s objemem 0,1-2 µL.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V položkách č. 28¹ - 41 zadavatel požaduje Pipetu digi (s různým rozsahem). Podle názvu „digi“ by se zdálo, že se má jednat o elektronickou pipetu, nicméně v popisku zadavatel uvádí, že požaduje mechanickou automatickou pipetu. Může zadavatel požadavek upřesnit?

¹ Zadavatel předpokládá, že v dotazu mělo být uvedeno 38-41, nikoliv 28-41.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje mechanické automatické pipety. Slovo „digi“ (u položky č. 39 číslice „835“) z přílohy č. 4 bylo u položek odstraněno.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění - kalkulační model. Úpravy jsou zobrazeny **červeně**, aby byly na první pohled identifikovatelné. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **11. 7. 2022 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
Vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze