

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. června 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních pipet a příslušenství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Položka 23 - špičky 5 ml- ve specifikaci této položky zadavatel uvádí objem 0,5-5 ml. Vzhledem k tomu, že přesný pipetovací rozsah špičky záleží na použité pipetě nikoliv označení výrobcem špičky, bude zadavatel akceptovat špičky označované jako 1-5 ml? Při použití správné pipety lze pipetovat 0,5-5 ml.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel opravil překlep ve specifikaci v kalkulačním modelu na hodnotu 0,1 – 5 ml.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Položka 24 - špičky 10 ml- ve specifikaci této položky zadavatel uvádí objem 1-10 ml. Vzhledem k tomu, že přesný pipetovací rozsah špičky záleží na použité pipetě nikoliv označení výrobcem špičky, bude zadavatel akceptovat špičky označované jako 2-10 ml? Při použití správné pipety lze pipetovat 1-10 ml.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel bude tuto skutečnost akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka 25 - Korýtka pro vícekanálové pipety – nedělené. V naší nabídce máme přesně požadovaný produkt, originální balení je však baleno po 20 ks, nikoliv po 5ks samostatně jak požaduje zadavatel. Balení 5 ks vzniká po přebalování (místním distributorem) originálního balení které je 4x5ks. Vzhledem k tomu, že neprovádíme přebalování, bude zadavatel akceptovat originální balení po 20 ks?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel bude tuto skutečnost akceptovat a upravil kalkulační model.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Položka 26 - Korýtko pro vícekanálové pipety – dělené. V naší nabídce máme přesně požadovaný produkt, originální balení je však baleno po 30 ks, nikoliv po 10ks samostatně jak požaduje zadavatel. Balení 10 ks vzniká po přebalování (místním distributorem) originálního balení které je 3x10ks. Vzhledem k tomu, že neprovádíme přebalování, bude zadavatel akceptovat originální balení po 30 ks?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel bude tuto skutečnost akceptovat a upravil kalkulační model.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Položka 29 - Set špiček pro pipetu/dávkovač. Set špiček (min. 20 ks) pro pipetu/dávkovač, vel. 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml. Na základě vysvětlení ZD 1. prosíme o přehodnocení odpovědi, protože předpokládáme, že došlo k chybné odpovědi: Zadavatel požaduje 20 ks samostatně balených univerzálních špiček od každé velikosti v jednom balení, které budou kompatibilní k pipetám v položkách 38 – 42. Tj. zadavatel uvedl v popisu 7 velikostí (vel. 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml) a od každé velikosti požaduje minimálně 20 ks. Specifikace položky 29 totiž odpovídá popisu špiček pro tzv. positive displacement pipety-tedy pipety pracující s pístem ve špičce. Specifikace pipet 38 až 42 ale odpovídá pipetám se vzduchovým polštářem a ty nejsou kompatibilní se špičkami positive displacement – pol. 29. Předpokládáme, že zadavatel požaduje špičky positive displacement. Pro které pipety positive displacement mají být kompatibilní? Pipety positive displacement se totiž nenacházejí v zadávací dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje set špiček positive displacement kompatibilní s krokovací pipetou Handy Step / Brand. Chybně byla uvedena kompatibilita s pipetami poř. č. 38-42, požadavek na krokovací pipetu v zadávacím řízení není.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Položka 33 - Špičky 1-5 ml. V naší nabídce máme přesně požadovaný produkt, originální balení je však baleno po 2x250 ks, nikoliv po 250 ks samostatně jak požaduje zadavatel. Balení 250 ks vzniká po přebalování (místním distributorem) originálního balení které je 2x250ks. Vzhledem k tomu, že neprovádíme přebalování, bude zadavatel akceptovat originální balení po 500ks (2x250 ks)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel bude tuto skutečnost akceptovat a upravil kalkulační model.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Položky 44 až 46 - Špičky s filtrem. V naší nabídce máme přesně požadované produkty, originální balení je však baleno po 10x96 ks, nikoliv po 96 ks samostatně jak požaduje zadavatel. Balení 96 ks vzniká po přebalování (místním distributorem) originálního balení které je 10x96ks. Vzhledem k tomu, že neprovádíme přebalování, bude zadavatel akceptovat originální balení po 960ks (10x96 ks)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel bude tuto skutečnost akceptovat a upravil kalkulační model.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ II příloha č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace plnění - kalkulační model. Úpravy jsou zobrazeny červeně¹, aby byly na první pohled identifikovatelné. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **25. 7. 2022 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
Vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze

¹ V příloze č. 4 jsou červeně uvedeny i úpravy, které byly provedeny v předchozím Vysvětlení I. ze dne 17. 6. 2022