

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. června 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních a terénních přístrojů a zařízení včetně příslušenství**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Laboratorní analytické, měřicí, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků, Položka č. 45: Dávkoč na silné kyseliny - uvádíte požadavek na redukci na láhev se závit GL 33. Tento rozměr však výrobce nevyrobí. Bude zadavatel akceptovat redukci na láhev s GL 32.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením tazatele, označení závitu výrobcem je standardně GL 32 - 33 (závit GL 32 a GL 33 je tedy de facto shodným požadavkem). Zadavatel tedy akceptuje redukci na závit GL 32.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze