

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 29. 8. 2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Dodávka přístrojů a vybavení pro terénní diagnostiku II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel ve výzvě k podání nabídek neuvádí, zdali je uvedená předpokládaná hodnota zadavatelem brána jako maximální a nepřekročitelná. Bude v případě překročení této ceny účastník vyloučen?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel předpokládanou hodnotu nestanovil jako maximální a nepřekročitelnou, tj. její překročení nemá za následek vyloučení účastníka.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

U položky č. 138 není uvedeno, pro jaký typ půdy mají být vrtáky určeny. Mohl by prosím zadavatel potvrdit, že tyto vrtáky jsou určeny pro běžnou půdu s převahou prachovitých částic?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje vrtáky, které budou do půdy obsahující převážně prachovité částice a zvládnou odběr i písčitých substrátů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

U položky č. 144 není uvedeno, zdali si zadavatel přeje u senzorů variantu komunikace RS485 nebo SDI-12. Mohl by prosím zadavatel určit, o jakou variantu komunikace má zájem? (Pokud by měly být tyto senzory použity s položkou č. 142, je potřeba zvolit variantu s SDI-12.)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje variantu komunikace SDI-12 a aby bylo kompatibilní s položkou č. 142.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

U položky č. 145 je uvedena délka kabelu minimálně 75 m. Standardně se pro tento senzor dodává 5 m kabel. Mohl by prosím zadavatel potvrdit, že chce ke každému senzoru délku kabelu 75 m?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje délku kabelu min. 7,5 m.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedené změně zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **9. 9. 2022 do 10:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze