

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 2. 1. 2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Veterinární stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jako jednu z podmínek uvádíte "Velikost pixelu digitálního detektoru musí být minimálně 140 µm".

Rozlišení detektoru ale funguje tak, že čím MENŠÍ je velikost pixelu, tím více jich snímek tvoří a tím je tedy vyšší rozlišení detektoru. (Při menším jednotlivém pixelu je výsledný počet pixelu na snímku vyšší.)

Je tedy citovaná věta myšlena tak, že budete akceptovat detektory s velikostí pixelu 140 µm nebo menší? Můžeme nabídnout detektor 127 µm?

Nasvědčuje tomu další podmínka, že "Rozlišení výsledného snímku musí být minimálně 3072 x 3072 pixelů". Většího rozlišení lze dosáhnout pouze pomocí menšího pixelu, než je 140 µm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Děkujeme za upozornění, opravdu se jedná o chybu. Znění v Technické specifikaci bylo změněno na „Velikost pixelu digitálního detektoru musí být maximálně 140 µm“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Podmínkou je, že "Stůl přístroje musí obsahovat pohyblivé fixační body a fixační pásy pro pevné přivázání zvířete".

Rentgenové veterinární přístroje mají obvykle buď fixační body, NEBO fixační pásy - obojí plní stejný účel. Skutečně vyžadujete obojí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Fixační pásy slouží k upevnění části zvířete k desce stolu, pohyblivé fixační body pak k upevnění části zvířete do konkrétní polohy. V tomto případě požadavek zůstává beze změny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

"Konektivita přístroje musí být zajištěna prostřednictvím Gigabit ethernet a Wifi 802.11ac"

Tím je myšlena konektivita Pracovní stanice (PC) nebo detektoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jedná se o konektivitu detektoru. Samotný detektor musí umět Wifi 802.11ac z důvodu pořizování snímků mimo primární uložení v držáku RTG pod deskou stolu. Při primárním uložení by měl přenos probíhat prostřednictvím gigabit ethernetu. Z tohoto důvodu požadavek zůstává beze změny.

Děkujeme za upozornění upřesnění pracovní stanice, kde byla doplněna chybějící konektivita.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

"Přístroj musí mít rotační kolimátor"

Tím je patrně myšlen "otočný" kolimátor, je to tak?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Rotační může být v tomto případě bráno jako synonymum otočný. Položka zůstává beze změny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení také UPRAVENÁ příloha č. 3 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace. Úpravy jsou zobrazeny červeně, aby byly na první pohled identifikovatelné. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 3.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **23. 1. 2023 do 10:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy tohoto vysvětlení:

- UPRAVENÁ příloha č. 3 – Technická specifikace