

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. 1. 2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Veterinární stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" zadavatel požaduje:

Konektivita samotného detektoru musí být zajištěna prostřednictvím Wifi 802.11ac. V případě primárního uložení pro snímání musí datový přenos probíhat prostřednictvím Gigabit ethernetu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního digitálního detektoru od renomovaného výrobce splňujícího medicínský účel a diagnostické využití, který zajišťuje konektivitu s akviziční stanicí (routerem) pouze pomocí WiFi 802.11 ac? Jedná se o spolehlivý typ přenosu dat, který takto funguje bezchybně na mnoha rentgenových pracovištích. Konektivita pomocí Gigabit Ethernetu nepřináší žádné časové ani jiné praktické úspory. Nabízený detektor hlavně umožňuje v případě primárního uložení automatické nabíjení, takže odpadá nutná manipulace kvůli pravidelné výměně baterií při dlouhodobém uložení v šuplíku bucky. Bude zadavatel akceptovat nabídku takového detektoru, který splňuje všechny ostatní požadavky v technické specifikaci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat takovou nabídku. Toto upřesnění bylo doplněno do technické specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení také UPRAVENÁ příloha č. 3 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace. Úpravy jsou zobrazeny červeně (kumulativně vč. všech předchozích vysvětlení), aby byly na první pohled identifikovatelné. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 3.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **30. 1. 2023 do 10:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy tohoto vysvětlení:

- UPRAVENÁ příloha č. 3 – Technická specifikace