

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 11. 1. 2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Veterinární stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: "Požadovaná doba provozu digitálního detektoru na jedno nabití baterie musí být minimálně 10 hodin".

Bude akceptována nabídka detektoru, jehož příslušenstvím jsou dvě baterie, každá s kapacitou přes 5 hodin provozu? Celkově lze tedy dosáhnout až 10 hodin provozu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel bude tuto variantu akceptovat.

Zadavatel však upozorňuje, že splněny musí být i ostatní parametry (technické požadavky zadavatele).

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze