

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 14. února 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k dílčí veřejné zakázce s názvem „**Spotřební materiál pro projekty EVA 4.0 a EXTEMIT-K – II.**“ v rámci dynamického nákupního systému zadávaného pod názvem „Dynamický nákupní systém na zajištění dodávek chemikálií a spotřebního materiálu do laboratoří pro ČZU“ (kategorie 2 - Spotřební materiál do laboratoří)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Položka 10 Kyvety: Zadavatel požaduje délku optické dráhy 10mm a také rozměr kyvety 10x10x45mm, což je navzájem v rozporu. Bude zadavatel akceptovat kyvetu s vnějšími rozměry 12x12x45mm při splnění ostatních parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel trvá na parametrech v zadávacích podmínkách.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze