

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 10. května 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k dílčí veřejné zakázce s názvem „**Spotřební materiál pro projekt EVA 4.0 a EXTEMIT-K – III.**“ v rámci dynamického nákupního systému zadávaného pod názvem „Dynamický nákupní systém na zajištění dodávek chemikálií a spotřebního materiálu do laboratoří pro ČZU“ (kategorie 2 – Spotřební materiál do laboratoří)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vialka pro GC autosamplery (řádek 3) – vialka pro GC autosamplery, objem 2ml, 12x32mm, šroub.závit 9mm: Bylo by možné uvést konkrétní modely autosamplerů, pro zaručení kompatibility s daným autosamplerem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o Autosampler typu Agilent.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vialka šroubovací 10ml (řádek 5) – vialka šroubovací objem 10ml, vnější průměr 18mm: Jedná se o vnější průměr vialky nebo závitu? Z popisu to není zřejmé. Jedná se tedy o závit N18?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, jedná se o závit N18.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vialka šroubovací 20ml (řádek 6) – vialka šroubovací objem 20ml, vnější průměr 18mm: Jedná se o vnější průměr vialky nebo závitu? Z popisu to není zřejmé. Jedná se tedy o závit N18?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, jedná se o závit N18.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Víčka pro 2ml vialku (řádek 13) – modrý šroubovací uzávěr, PTFE silikonový/PTFE septa: Má se jednat o uzávěr pro úzkohrdlou (N8) nebo širokohrdlou (N9) vialku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Jedná se o širokohrdlou (N9) vialku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Víčka pro vialky pro HS analýzy (řádek 14) – víčka pro vialky pro HS analýzy, 20mm crimp cap, magnetický, zlatá, 8mm: Má se jednat o bimetalická nebo celokovová crimpovací víčka? Obě možnosti jsou magnetické a liší se silou potřebnou pro krimpování (jiné nastavení krimpovacích kleští).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Jedná se o 20 mm Gold Magnetic Seal.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Filament (vlákno) (řádek 37) – vysokoteplotní EI pro GCMS, vysoká teplota, EI inotový zdroj: Jaká je specifikace přístroje, pro který má být filamentum určeno?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Jedná se o přístroj typu Agilent.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vacuum Fluid 45 Platinum (řádek 42) – vakuová kapalina 45 platinum: Jsme schopni dodat tento produkt v balení po 1 qt = 0.9464 L. Budete prosím toto balení akceptovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ano, zadavatel bude akceptovat takové balení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Linery pro SPME (řádek 22) – linery pro SPME, vnitřní průměr 0,75mm: Má se jednat o split nebo splitless linery?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Jedná se o linery pro SPME splitless.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze