



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. 7. 2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Veterinární stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací – opětovné vyhlášení“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" zadavatel požaduje:

Rentgenka přístroje musí být polohovatelná (otočná s úhlem rotace $\pm 180^\circ$, vertikální pohyb, podélný pohyb, příčný pohyb) na závěsném aparátu.

Prosíme o specifikaci, co si zadavatel představuje pod pojmem "závěsný aparát"? Může se jednat o rentgenku zavěšenou na rameni sloupového stativu, či o rentgenku zavěšenou na stropním závěsu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pokud zavěšení/uchycení rentgenky bude splňovat potřebné úhly, polohy a zároveň možnost boční projekce (viz Technická specifikace), zadavatel bude akceptovat výše popsané zavěšení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" zadavatel požaduje:

Požadovaná doba provozu digitálního detektoru na jedno nabití baterie musí být minimálně 10 hodin

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního digitálního detektoru od renomovaného výrobce splňující medicínský účel a diagnostické využití, který umožňuje 8 hodin provozu (~1600 snímků) na jedno nabití baterie a zároveň umožňuje automatické bezdrátové nabíjení při vložení do šuplíku bucky. Díky čemuž se výdrž baterie rapidně prodlužuje a není ji třeba během provozu v zásadě měnit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace" zadavatel požaduje:

Zobrazovací plocha digitálního detektoru musí mít rozměry minimálně 430 x 430 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního digitální detektoru od renomovaného výrobce splňující medicínský účel a diagnostické využití, který má rozměry 460 x 460 mm a aktivní plochu 421 x 421 mm? Nejedná se o významný rozdíl oproti požadované hodnotě (~2%), který nemá vážný vliv na diagnostické použití. Zároveň se většina detektorů na trhu označovaných jako 43x43cm, nebo 17x17" vyrábí v rozměrech menších než 430 x 430 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat, jedná se o akceptovatelnou odchylku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **21. 7. 2022 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová

Česká zemědělská univerzita v Praze