



## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. března 2024

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se ke veřejné zakázce s názvem „**Základní přístrojové vybavení pro laboratoře potravinářských technologií FAPPZ, část a) Dodání chlazené centrifugy se dvěma úhlovými rotory**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje rozsah pracovních teplot v rozmezí min. -15 až 35 °C. Pro typické aplikace využití chlazených centrifug je používána teplota okolo +4 °C a výše. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující zamýšlený účel s rozsahem pracovních teplot min. -10 °C až +35 °C, navíc vybavené funkcí předchlazení centrifugační komory?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje rozsah pracovních teplot v rozmezí min. -15 až +35 °C.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje úhlový rotor č. 1 s minimálním počtem 8 pozic pro zkumavky o objemu 50 ml. Snížení kapacity rotoru o dvě pozice dle našeho názoru nepředstavuje procesní problém a omezení denní výkonosti zamýšlené centrifugy. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující zamýšlený účel, které bude vybaveno rotorem se 6 pozicemi pro zkumavky o objemu 50 ml?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje úhlový rotor s počtem alespoň 8 pozic pro standardní centrifugační zkumavky o objemu 50 ml.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje centrifugu s výkonem do 15 000 ot./min. Lze předpokládat, že dosažitelný výkon různě velkých rotorů může být podle typů centrifugy nižší. Můžete zadavatel upřesnit požadavky na minimální RCF pro požadované rotory?



### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel požaduje centrifugu (přístroj), která je schopna dosáhnout max. RCF 20 000. Zadavatel samozřejmě počítá s tím, že max. RCF bude pak např. nižší pro rotor na zkumavky o objemu 50 ml než mikrozukmavky. Primárně proto požadujeme centrifugu samotnou s těmito parametry.

S pozdravem

Ing. Dagmar Jirková  
Administrátor veřejných zakázek  
Právní odbor  
Česká zemědělská univerzita v Praze