



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. června 2024

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Inverzní mikroskop“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci je uvedeno: „Automatické ostření: v rovině Z, hyperscan, vysokorychlostní spojování obrazu, obrázky s vysokým rozlišením“ a dále „Software pro hypersken a práci s více jamkami“. Dotaz č. 1 – Je uveden název pro rychlé snímání „hyperscan“ je tímto slovem míněno rychlé skládání v XYZ a software, který lze pro takový sken nastavit pro více jamek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel potvrzuje, že slovem „hyperscan“ je míněno rychlé skládání v XYZ software, který lze pro takový sken nastavit pro více jamek. Zadavatel upravil položku „Automatické ostření“ v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Technické specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4 – Technická specifikace. Účastník je pro účely zpracování a podání nabídky povinen použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V technické specifikaci je uvedeno: U-PLAN PHASE FLUORITE 4X OBJECTIVE, PhL Phase NA 0.13 WD 17 mm; U-PLAN PHASE FLUORITE 10X OBJECTIVE, Ph1 Phase NA 0.30 WD 10 mm; U-PLAN PHASE FLUORITE 20X OBJECTIVE, LWD, W/CC, Ph1 Phase NA 0.45 WD 6.6-7.8 mm; X-PLAN APOCHROMAT 40X OBJECTIVE w/CC NA 0.95 WD 0.18 mm; X-PLAN APOCHROMAT 60X OIL OBJECTIVE NA 1.42 WD 0.15 mm. Dotaz č. 2: U všech objektivů se objevuje firemní název pro všechny objektivy, které definují pouze jednoho dodavatele. Z našich zkušeností s konfokálními mikroskopy se uvádí většinou pouze min. třída objektivů, min. zvětšení a min. numerická apertura a eventuálně min. pracovní vzdálenost, což by mělo zajistit shodné parametry pro každého výrobce. Dále bychom chtěli podotknout, že doporučujeme použít spíše vyšší třídu objektivů pro všechna zvětšení pro konfokální snímání. Rádi bychom navrhli následující úpravy pro objektivní zadání pro tuto část VŘ. Min. planfluoritový suchý objektiv se zvětšením min. 4x -5x s fázovým kontrastem s min. NA 0,13 s pracovní vzdáleností min. 17 mm; min. planfluoritový suchý objektiv se zvětšením min. 10x



s fázovým kontrastem s min. NA 0,30 s pracovní vzdáleností min. 10 mm; min. planfluoritový suchý objektiv se zvětšením min. 20x s fázovým kontrastem s min. NA 0,40 s pracovní vzdáleností min. 6.6 mm; min. planapochromatický suchý objektiv se zvětšením min. 40x s min. NA 0,95 s pracovní vzdáleností min. 0,17 mm; min. planapochromatický olejový objektiv se zvětšením min. 60-63x s min. NA 1,4 s pracovní vzdáleností min. 0,14 mm. Bude zadavatel akceptovat návrh objektivů, které takto splňují otevřenou soutěž?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravil technické parametry požadovaných objektivů v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Technické specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4 – Technická specifikace. Účastník je pro účely zpracování a podání nabídky povinen použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 3 – Na trhu existuje více typů ovládání pro miksokopický skenovací stůl. Hlavní funkce je možnost ovládat v ose XY a lze toho dosáhnout různými způsoby. Důležité je, aby ovladač byl oddělen od antivibračního stolu, kvůli stabilitě při snímání nikoliv jestli JoyStick či otočný ovladač pro XY. Bude zadavatel akceptovat ovladač oddělený od antivibračního stolu pro posun XY a i Z?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel bude akceptovat ovladač oddělený od antivibračního stolu pro posun XY a Z.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel dále upravil některé další položky v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Technické specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4 – Technická specifikace. Účastník je pro účely zpracování a podání nabídky povinen použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 16. 7. 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze