



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 8. ledna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje pro rostlinnou diagnostiku a měření parametrů prostředí**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technických specifikacích u části b., konkrétně u "Zařízení pro měření fotosynteticky aktivního záření" zadavatel uvádí:

- a) "Požadovaný rozsah PAR: $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ až $> 2,500 \mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ ". Specifikace námi dodávaného přístroje: Rozsah měření PAR: 0 – 2500 $\mu\text{mol}/(\text{m}^2\text{s})$
- b) "Připojitelná externí sonda s alespoň 75 senzory (nebo více) pro snímání PAR" Specifikace námi dodávaného přístroje: Možnost připojení externího senzoru PAR (1 kus). Samotná sonda již obsahuje 80 senzorů.

Žádáme Vás o upřesnění, zdali jsou námi uvedené specifikace v souladu se specifikacemi zadavatele, a zdali se můžeme zúčastnit této zakázky s námi dodávaným přístrojem.

U zbylých bodů námi dodávaný přístroj splňuje požadavky na technickou specifikaci zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ad a) Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci v tomto parametru, který nově zní: *minimální rozsah PAR: 0 až 2500 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$*

Tato úprava byla promítnuta do Přílohy č. 4b – Technická specifikace, kterou zadavatel poskytuje přílohou tohoto vysvětlení.

Ad b) Vámi uváděná specifikace naplňuje požadavky zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení také **UPRAVENÁ Příloha č. 4b - Technická specifikace**. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou



upravenou přílohu č. 4b.

(Položky technické specifikace, ve kterých byly provedeny změny, jsou označeny červeně.)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **30. 1. 2025 do 9:00 hodin**.

Lhůta pro podání nabídek byla změněna na profilu zadavatele a dále byla promítnuta do aktuálního formuláře ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), resp. do formuláře F16, část „opravy“, které bylo dnes odesláno ke zveřejnění do VVZ.

Zadavatel současně upravil interní číslo veřejné zakázky ve formuláři ve VVZ, chybné 847 nahradil správným 827.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Příloha tohoto vysvětlení:

- UPRAVENA příloha č. 4b – Technická specifikace