



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. ledna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ I.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část d): Chlazené stolní odstředivky

Požadujete chlazenou centrifugu s rotory a příslušenstvím s kapacitou 30x 15ml zkumavek typu falkon a 10x 50ml zkumavek typu falkon a zároveň s min. otáčkami 10 000 RPM pro tyto rotory? Nebo se parametr min. otáčky vztahuje obecně k výkonu centrifugy a zkumavky typu falkon mohou být stáčeny na nižší RPM?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Parametr min. otáčky se vztahuje obecně k výkonu centrifugy a zkumavky typu falkon mohou být stáčeny na nižší RPM.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze