



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. února 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ I.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část d): Chlazené stolní odstředivky

Požadujete chlazenou centrifugu s rotory a příslušenstvím s kapacitou 30x 15ml zkumavek typu falkon a 10x 50ml zkumavek typu falkon. Bude zadavatel akceptovat kapacitu 32x 15ml zkumavek typu falkon a 8x 50ml zkumavek typu falkon?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i výše uvedené parametry. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4d zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4d – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4d zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pro část d): Chlazené stolní odstředivky

Rozměry (v × š × h) maximálně 350 mm × 550 mm × 650 mm. Bude zadavatel akceptovat Rozměry (v × š × h) 346 mm × 407 mm × 698 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel bude akceptovat i výše uvedené parametry. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4d zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4d – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4d zadávací dokumentace.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Pro část c): Parní sterilizátory

Teplota sterilizačních programů: min. v rozmezí 120°C - 145°C Všechny standardní sterilizační programy pro sklo, plast, kov, roztoky, dekontaminace jsou pro teploty 121°C a 134°C. Bude zadavatel akceptovat autokláv s max. teplotou 135 °C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat i výše uvedené parametry. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4c zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4c – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4c zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **6. 3. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze