



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 11. února 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ I.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dodatečný dotaz pro část b): Hlubokomrazicí boxy

Prosím o upřesnění požadavku na hlubokomrazicí box, v němž při výpadku proudu vzorky zůstávají zchlazené alespoň 24 hod v neotevřené komoře. Bude zadavatel akceptovat hlubokomrazicí box, který má dobu zvýšení teploty z -80°C na -50°C lepší než 260 min při zachování všech ostatních parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel takovýto parametr v zadávacích podmínkách neuvádí, nicméně zadavatel akceptuje dobu zvýšení teploty z -80°C na -50°C lepší než za 260 min při zachování všech ostatních parametrů.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze