



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. února 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Soubor přístrojů pro kvalitu kostí a parožní**“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K části b) veřejné zakázky – Trhací stroj pro statické zkoušky:

Chtěli bychom Vás požádat o zodpovězení následujícího dotazu, který se týká technického zadání veřejné zakázky s názvem „Trhací stroj pro statické zkoušky“ - Příloha č. 4b_Technická specifikace

- Možnost přímého využití (vzájemné kompatibility) databází obsahujících mimo jiné šablony s uložením nastavení průběhů a parametrů zkoušek vytvořených v stávajícím SW (je vyžadováno standardní řešení bez nutnosti dalšího vývoje a úprav systému).

Co se je myšleno „stávajícím SW“. Můžete to, prosím, definovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Stávající SW je založen na databázovém SQL konceptu s podporou Firebird serveru. Pracuje s *GDB databázemi, kde jsou uloženy veškeré výsledky a parametry zkoušek a také globální nastavení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **18. 3. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze