



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 10. března 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů - II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 1) Sestava multimetru se sondou Akceptuje zadavatel dodávku multimetru s použitím inteligentní sondy IDS při splnění všech ostatních požadavků? Jedná se o stejnou technologii jako sondy IDP. (IDP = Intelligent digital probe, IDS = Intelligent digital sond).

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 3) Přesná váha 620 g Zadavatel požaduje „Váhy musí mít kruhový kryt proti proudění vzduchu“. Akceptuje zadavatel hranatý kryt proti proudění vzduchu při splnění všech ostatních požadavků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.



Znění žádosti o vysvětlení č. 3:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 4) Analytická váha 220 g Zadavatel požaduje „Váhy musí mít kruhový kryt proti proudění vzduchu“. Akceptuje zadavatel hranatý kryt proti proudění vzduchu při splnění všech ostatních požadavků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení č. 4:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 5) Sada přenosného Ph metru Zadavatel požaduje „ Ph metr musí mít akustický signál pro ukončení měření“. Akceptuje zadavatel řešení, kdy ukončení měření je symbolizované ikonou na displeji, která zhasne když měření skončí? Zadavatel požaduje „ Ph metr musí mít napájení z 4x1,5 V AAA LR03 baterií nebo 4x1,2V AAA NiMH HR03 baterií“. Akceptuje zadavatel napájení 3 x 1,5V AA bateriemi?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení č. 5:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 9) Sestava homogenizátoru Zadavatel požaduje: „ Homogenizátor musí být vhodný pro objemy vzorků v rozsahu min. 0,1 až 5000 ml Homogenizátor musí mít hmotnost max.. 1,6 kg Součástí dodávky musí být stojan pro výškové nastavení homogenizátoru a dispergační nástavec z nerezové oceli 316L a PTFE pro objemy 5 až 250 ml, který lze autoklávovat, délka nástavce je min. 160 mm a průměr min. 12 mm a je vhodný pro zpracování vzorků do teploty min. 90 °C“ Akceptuje zadavatel tyto parametry: homogenizátor pro objemy vzorků 0,1 až 4.500 ml? hmotnost přístroje 3.200 g? dispergační nástavec z nerezové oceli 316L pro objemy 3 – 250 ml, který lze autoklávovat s délkou nástavce 154 mm a průměrem 12 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5:

Zadavatel trvá na specifikaci uvedenou v zadávacích podmínkách, tedy v příloze č. 4a – Technická specifikace.



Znění žádosti o vysvětlení č. 6:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 10) Horizontální třepačka pro mikrotitrační destičky Zadavatel požaduje „Třepačka musí mít hmotnost max. 7 kg“. Akceptuje zadavatel hmotnost 8kg, při splnění všech ostatních požadavků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení č. 7:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 12) Mikrocentrifuga Zadavatel požaduje „Mikrocentrifuga musí mít automatickou detekci s alarmem“. Může zadavatel upřesnit o jakou detekci a jaký alarm se jedná?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.7:

Jedná se o detekce překročení rychlosti, detekce přehřátí, při kterých se spustí zvukový alarm.

Znění žádosti o vysvětlení č. 8:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

K položce ad 20) Elektronické nastavitelné pipety s nabíjecím karuselovým stojanem Zadavatel požaduje „8 kanálová pipeta s rozsahem min. 15 - 300 ul a s krokem max. 0,10 ul-1 ks“ Akceptuje zadavatel 8 kanálovou pipetu s rozsahem 15 - 300 ul a s krokem 0,20 ul.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.8:

Ano, zadavatel toto akceptuje. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení č. 9:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

Dotaz k TECHNICKÉ SPECIFIKACI 21) Hlubokomrazicí box: Vyhoví zadavateli hlubokomrazicí box s dobou zahřívání z -80°C na -60°C 250min, při splnění všech ostatních požadovaných parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.9:

Ano, zadavatel toto bude akceptovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník je



povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro podání do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.11:

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to **do 22. 4. 2025 do 09:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze