



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 17. března 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů - II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Zadavatel uvádí v kupní smlouvě dodací lhůtu 30 dní. Vzhledem ke zjištěným dobám dodání některých poptávaných produktů je tato dodací doba nereálná. Je možné prodloužit dobu dodání nebo zadavatel trvá na dodací lhůtě 30-ti dní?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Ano, zadavatel trvá na dodací lhůtě 30 dní, která je nezbytná pro zachování kontinuity výzkumu.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

Položka 21 - Hlubokomrazící box - Poprosím o upřesnění parametrů regálů/racků pro kryoboxy. Výrobce vyrábí racky v několika variantách materiálů – materiál hliník/nerezová ocel a rozměrech - výška 278mm (5x4 boxy)/ 334 mm (6x4 boxy).

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Zadavatel požaduje racky pro kryoboxy o výšce 50mm, racky musí být vyrobeny z nerezové oceli a dodány v následujících počtech a velikostech: 6 ks varianty 5x4, 6 ks varianty 6x4.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

Položka 21 - Hlubokomrazící box - Poprosím o upřesnění parametrů regálů/racků pro kryoboxy. Výrobce vyrábí racky v několika variantách materiálů – materiál hliník/nerezová ocel a rozměrech - výška 278mm (5x4 boxy)/ 334 mm (6x4 boxy).

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Zadavatel požaduje promývačku s 1x12 wash heads. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.



Znění žádosti o vysvětlení č. 4:

Pro část 1. Vybavení pro kvantitativní analýzu hormonů:

Položka 24 - Podložka pro navažování - „Leštěná žula, rozměry min 550x450x65 cm“ Takto velký kus žuly je jako podložka nestandardní. Neměl zadavatel namysli rozměry v mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

U této podložky byly chybně uvedeny cm na místo mm, zadavatel požaduje tedy 550x450x65 mm. Zadavatel zároveň upravil u této položky technickou specifikaci v příloze č. 4a – zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro podání do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohy č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6:

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to **do 28. 4. 2025 do 09:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze