



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. března 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení pro histologii II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část b) Tkáňový procesor s příslušenstvím:

Požadované technické parametry: Min 3 zásobní parafínové nádržky o objemu každé min. 3,5l. Náš přístroj nabízí uspořádání 4 nádrží na parafín o objemu každé 2,5 litrů. Naše řešení nabízí stejnou, nebo i vyšší kapacitu, přičemž díky rozložení do vícero nádrží umožňuje lepší flexibilitu v řízení procesů a efektivnější využití reagentů. Rádi bychom se zeptali, zda je možné akceptovat jiné uspořádání nádrží, přičemž výsledný objem a funkčnost jsou plně v souladu s požadavky veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel bude akceptovat možnost 4 parafínových nádrží, ovšem trvá na objemu jedné nádrže alespoň 3,5l a více. Tento požadavek vzešel ze specifických uživatelských potřeb výzkumné laboratoře. Zadavatel tedy trvá na parametru: min 3 zásobní parafínové nádržky o objemu každé min. 3,5l

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pro část b) Tkáňový procesor s příslušenstvím

Požadované technické parametry: Možnost vzdáleného přístupu. Co konkrétně má umožňovat vzdálený přístup? Pokud se jedná o vzdálené servisní připojení, je možné nabídnout přístroj bez možnosti vzdáleného přístupu, přičemž servis je lokalizován v Praze, tedy ve stejném městě jako bude instalován přístroj, a je plně k dispozici při jakémkoliv poruše přístroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel možností vzdáleného přístupu myslel ad1.) možnost vzdáleného servisního připojení, ad 2.) možnost okamžité informovanosti o případné chybě přístroje či výpadku proudu. Zadavatel tedy požaduje přístroj včetně vzdáleného přístupu, který zajistí možnost vzdáleného servisního připojení.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Pro část b) Tkáňový procesor s příslušenstvím:

Požadované technické parametry sušičky a vodní lázně: Vodní lázeň - Rozměry (ŠxHxV) max: 300 mm x 300 mm x 110 mm, sušička - Rozměry (ŠxHxV) max: 200 mm x 300 mm x 100 mm. Plánujeme nabídnout přístroj 2v1, který má odlišné rozměry, ale v součtu umožní menší footprint na pracovním stole a lepší ergonomii. Ostatním požadovaným technickým parametrům plně vyhovuje. Věříme, že jeho inovativní design přináší vysokou přidanou hodnotu z hlediska efektivity i pohodlí, protože vodní lázeň je umístěna před sušičkou, nikoliv vedle sebe. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který má celkové rozměry (ŠxHxV): 370 x 560 x 230 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel trvá na parametru vodní lázně a sušičky extra jako příslušenství, nikoliv přístroje 2v1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Pro část d) Zalévací linka:

Požadované technické parametry: Provozní teplota chladicí desky: max. - 6°C. Bude zadavatel akceptovat maximální provozní teplotu chladicí desky -15 °C, přičemž zalévací linka plně odpovídá všem ostatním požadovaným parametrům? Nižší provozní teplota je velmi výhodná především v letních měsících a nijak nesnižuje celkovou kvalitu přístroje, spíše naopak. Nechtěl zadavatel uvést hodnotu -6 °C jako minimální hodnotu chlazení, tedy min. -6 °C a nižší? Bude zadavatel akceptovat přístroj, kde provozní teplota chladicí desky bude -15 °C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel bude akceptovat řešení s provozní teplotou chladicí desky -15 °C.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **1. 4. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze