



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. dubna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Linka laboratorních fermentorů**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Bude bioreaktor sloužit především ke kultivaci mikroorganismů nebo buněk?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Bioreaktor bude sloužit především k mikroorganismů. Hlavním záměrem je testování substrátů na produkci bioplynu a sledování vlastností bioplynu.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

Budou nádoby stejného objemu v provozu simultánně nebo bude stačit jedna řídicí jednotka pro 1l nádobu a jedna řídicí jednotka pro 7l nádobu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Zadavatel sděluje, že jedna řídicí jednotka by měla stačit. Zadavatel preferuje možnost simultánního provozu.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:

Bude potřeba dodat i PC nebo stačí signál pro externí SCADA systém?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Předmětem dodání veřejné zakázky může být i ÚCPC, avšak dostačující bude fungovat přes dispečerský systém



Znění žádosti o vysvětlení č. 4:

BPokud se jedná o mikrobiální kulturu, máte údaj o její viskozitě?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Viskozita se různí. Jedná se o různé odpadní materiály.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze