



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 7. května 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Linka laboratorních fermentorů**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Možnost nastavení směru míchání: pokud nebude možnost nastavení směru míchání automaticky, bude to důvod k vyloučení nabídky z výběrového řízení? Je možné nabídnout provedení - jednostranný směr míchání?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Ano, zadavatel bude akceptovat jeden směr míchání, viz Vysvětlení zadávací dokumentace II ze dne 30. 4. 2025.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze