



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. května 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Linka laboratorních fermentorů**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Může být nádoba o objemu 7L celkového objemu místo 7L pracovního objemu? Je možné poskytnout nádobu s jednou stěnou (neduplikovaná nádoba)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel akceptuje 7L celkového objemu. Zadavatel bude akceptovat nádobu s jednou stěnou.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

V souboru "870_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf" zveřejněném dne 07.05.2025 v 22:39 je uvedeno: "Ano, zadavatel bude akceptovat jeden směr míchání, viz Vysvětlení zadávací dokumentace II ze dne 30. 4. 2025." Avšak žádný takový dokument není dostupný v sekci "Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace" na <https://zakazky.czu.cz/vz00002498>. Můžete prosím tento dokument poskytnout?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez žádosti):

Zadavatel obdržel dne 28.4.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy následně dne 30.4.2025 zpracoval Vysvětlení zadávací dokumentace II., které uveřejnil na profilu zadavatele. Zadavatel zjistil, že administrativní chybou nedošlo k uveřejnění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace II. ze dne 30.4.2025 pro všechny (včetně veřejnosti), ale omylem bylo odesláno pouze přes funkci „oprávněným osobám za přiřazené dodavatele“ (kde k dnešnímu dni není žádný přiřazený dodavatel). Zadavatel tedy uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace II. jako přílohu tohoto vysvětlení.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3

Stále nebyly zveřejněny odpovědi na naše dotazy. Posílám tedy znovu.

Požadavek: modul pro vysoce přesné měření a kontrolu teploty v rozsahu 5 °C až 80 °C pomocí
Požadavek: možnost nastavení směru míchání. Bude zadavatel akceptovat jeden směr míchání?



Požadavek: Off-gas měření (metametr, carbometr) pro každou 10 l nádobu. Má být součástí dodávky? Duplikované nádoby a vhodného média. Bude zadavatel akceptovat teplotní rozsah: 8 – 70 °C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel tímto odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace II, ze dne 30.4.2025, které zadavatel dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **23. 5. 2025 do 9:00 hodin**

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze