



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 30. dubna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Linka laboratorních fermentorů**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Požadavek – modul pro vysoce přesné měření a kontrolu teploty v rozsahu 5 °C až 80 °C pomocí duplikované nádoby a vhodného média. Bude zadavatel akceptovat teplotní rozsah: 8 – 70 °C?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Ano, zadavatel bude akceptovat tento teplotní rozsah.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

Požadavek - možnost nastavení směru míchání. Bude zadavatel akceptovat jeden směr míchání?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Ano, zadavatel bude akceptovat jeden směr míchání.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:

Požadavek - Off-gas měření (metametr, carbometr) pro každou 10 l nádobu. Má být součástí dodávky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Ano, toto má být součástí dodávky.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze