



## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 12. května 2025

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ I.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Jsou požadovány max rozměry 2000 x 900 x 920 mm. Je možné nabídnout box s půdorysnými rozměry 940 x 1000 mm a konstrukcí umožňující nastěhování dveřmi šířky 900 mm?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel bude akceptovat i výše uvedené parametry, nicméně mrazicí box je nutné nastěhovat požadovanou šířkou dveří 900 mm. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Je požadována minimálně o 60% menší spotřeba než klasické mrazáky na bázi kompresoru. Porovnáme-li však spotřebu specifikací popsaného boxu a námi dodávaného boxu jsou tyto spotřeby srovnatelné. Bylo by možné tento požadavek buď vypustit nebo ho nahradit požadavkem na spotřebu menší než 8 kWh/24h?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.



### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Je požadován rozsah chlazení od -30°C. Typický rozsah pro hlubokomrazicí boxy je -50°C až -86°C, bude zadavatel akceptovat rozsah nastavení teploty v tomto rozmezí?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Ano, zadavatel bude akceptovat výše uvedené parametry. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Je požadováno kolísání teploty +/- 1°C. Bude zadavatel akceptovat odchylku od nastavené teploty -80°C, -3°C/+1,5°C? Jedná se o typické hodnoty pro laboratorní hlubkomrazicí boxy.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel bude akceptovat výše uvedené parametry. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Je požadován chladicí agregát s volnými písty. Tento chladicí agregát používá celosvětově jediný výrobce. Všichni ostatní výrobci používají kompresory s nízkou spotřebou. Bylo by možné tento požadavek vypustit?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Zadavatel požadavek na tento parametr z technické specifikace odstranil. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:



Je požadována hmotnost maximálně 290 kg. Je možné nabídnout robustní zařízení s ocelovou konstrukcí, kdy jeho hmotnost nebude přesahovat 380 kg? Jde o hodnotu typickou pro kvalitní hlubokomrazicí boxy této objemové kategorie.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Zadavatel bude akceptovat výše uvedený parametr. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technická specifikace. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Pro část a): Hlubokomrazicí boxy, specifikace boxu č.2:

Je požadováno chladiivo R170. Kompresorové hlubokomrazicí boxy současně používají HC ekologická chladiiva R290, resp. směs R170 + R290. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Zadavatel požadavek na tento parametr z technické specifikace odstranil. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technické specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **13. 6. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová  
Právní odbor  
Česká zemědělská univerzita v Praze