



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. května 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Optické přístroje FAPPZ**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadání Optického mikroskopu s kamerou je velmi jednoduché a dodavateli není jasné, zda má nabídnout žákovský mikroskop nebo opravdový mikroskop. Limitní cena naznačuje opravdový mikroskop, ale hodnocení podle nejnižší ceny ukazuje na žákovský mikroskop.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje badatelský (opravdový) mikroskop.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel musí rozlišovat mezi zvětšením objektivů a celkovým zvětšením. Je nutné specifikovat počet objektivů, jejich zvětšení a popř. numerickou aperturu. U každého objektivu nejlépe specifikovat kontrastní metodu (PH, BF, DF)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Nutné specifikovat zvětšení okulárů a jejich zorné pole (10x/22).



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Osvětlení předpokládáme v procházejícím světle.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje osvětlení v procházejícím světle. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Předpokládáme trinokulární tubus s přepínáním.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje trinokulární tubus s přepínáním. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Stolek je nutné definovat jako mechanický stolek s XY posuvem, fokus hrubě/jemně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Požaduje zadavatel kódovaný revolver s automatickým nastavením intenzity osvětlení?



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel požaduje kódovaný revolver s automatickým nastavením intenzity osvětlení. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Je součástí dodávky PC? Jaké parametry? Monitor alespoň úholopříčku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel požaduje součástí dodávky PC. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Objektivy požadované planachromáty, ale rozpočet na plansemiapochromáty.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel požaduje typ objektivů semiplanapochromáty. Zadavatel upravuje přílohu č. 4a zadávací dokumentace – Technickou specifikaci. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4a – Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4a zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **16. 6. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze