



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. května 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Lyofilizátor“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Lze blíže specifikovat požadavek na: funkce víceúrovňového programování pro různé typy vzorků.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel parametrem funkce víceúrovňového programování pro různé typy vzorků myslí možnost nastavení programů umožňujících různé kombinace teploty sušení, času sušení a talku v závislosti na typu vzorku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Lze upřesnit požadavek „objem sušených vzorků max. 8 L“?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Parametr pro objem sušených vzorků zadavatel ruší. V této souvislosti zadavatel upravil přílohu č. 4 – technickou specifikaci. Účastník je pro účely zpracování a podání nabídky povinen použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 4 – technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Lze upřesnit požadavek na “kapacitu kondenzoru min. 4 kg/24 h”?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel tímto parametrem myslí výkon kondenzační jednotky.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 29. 5. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Petra Starostová
referent Právního odboru
Česká zemědělská univerzita v Praze