



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. května 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Linka laboratorních fermentorů**“.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

V příloze VZ104911-870-příloha-c.-1-Smlouva, která je součástí zadávací dokumentace, je uvedeno v bodě 3.1 „Prodávající se zavazuje, že sjednané Zboží dodá Kupujícímu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.“ Žádáme Vás o prodloužení doby dodání předmětu Smlouvy, a to na 90 dní.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na svých obchodních podmínkách stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – smlouvě.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez žádosti):

Zadavatel upravuje Vysvětlení zadávací dokumentace IV. ze dne 9. května 2025 a mění své vysvětlení následovně:

Zadavatel požaduje nádobu s pracovním objemem 7 litrů a duplikovaným pláštěm, protože potřebuje plně využitelný objem pro testování bez rizika přetečení a zároveň možnost precizní temperace, která je klíčová pro udržení stabilních podmínek během míchání a zajištění reprodukovatelnosti výsledků. Z těchto uvedených důvodů zadavatel požaduje nastavení směru míchání.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **29. 5. 2025 do 9:00 hodin**.



S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze