



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 11. června 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Optické přístroje FAPPZ**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o vysvětlení některých nejasností ve specifikacích části a) veřejné zakázky. Zadavatel požaduje Světlé a temné pole s rozlišením s min. rozsahem 4x-200x. Z technického hlediska tento požadavek není možno provést. Tento rozsah zvětšení není možné na optickém mikroskopu nabídnout. Znamenalo by to buď objektiv se zvětšením 0,4x (budeme-li chápat rozsah zadaného zvětšení jako celkové okulárové zvětšení) nebo objektiv se zvětšením 200x (budeme-li to chápat jako zvětšení objektivů), což není možné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje, že údaj se týká zvětšení objektivu min. 4x-200x (100x), což by odpovídalo při zvětšení okuláru 10x: 40-1000x.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje přímé snímání obrazu do SW. Co přesně má zadavatel namysli pod tímto pojmem? Lze to chápat více způsoby. Jedná se např. o snímání pomocí tlačítka přímo na mikroskopu, nebo nějakým jiným způsobem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upřesňuje, že se jedná například o možnost snímání obrazu do SW pomocí joysticku nebo již přímé snímání do SW a jeho následná digitalizace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v požadavcích uvádí „Mechanický stolek s posunem v ose XY, fokus jemně“. Zde nejspíš popis není kompletní. Posun v osách XY a fokus spolu přímo nesouvisí.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel potvrzuje, že oba technické parametry spolu nesouvisí. Je požadováno ostření v kategorii fokus jemně. Pohyb dvouvrstvého stolku je požadován mechanický, s posunem v ose XY, vybaven mechanickým měřítkem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje „Trinokulární tubus s přepínáním“. Předpokládáme, že se má jednat o přepínání světelné dráhy. V jakém poměru požaduje zadavatel přepínání tubusu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel upřesňuje, že požaduje nastavení přepínání světelné dráhy 100% do binokulárních okulárů nebo 20% do okulárů a 80% pro snímání SW nebo 100% pro snímání SW.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje „Objektivový motorizovaný revolver s podporou DIC a Ph kontrast, min. 6 pozic, s automatickým nastavením intenzity osvětlení“. Nerozumíme požadavku podpory DIC, když DIC všeobecně není požadováno. Prosíme o upřesnění, co znamená podpora fázového kontrastu u revolveru, případně jak je myšlena souvislost revolveru a fázového kontrastu? Metoda pozorování ve fázovém kontrastu není nikterak spojena s revolverem. Ve vysvětlení zadávací dokumentace požaduje zadavatel kódovaný revolver, ale v tabulce požadavků je uveden motorizovaný revolver. Jaký revolver zadavatel tedy požaduje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel upřesňuje, že podporou DIC je myšlena možnost využití DIC kontrastní metody pro pozorování průhledných objektů v rámci budoucího využití mikroskopu, s možností vložení příslušných hranolů a polarizátorů. Zadavatel dále uvádí, že požaduje motorizovaný revolver s min. 6 pozicemi. Dále zadavatel upřesňuje k fázovému kontrastu, že fázový kontrast souvisí s nastavením clony kondenzoru, jejíž nastavení vychází z numerické apertury použitého objektivu a použitého filtru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel požaduje typ objektivů semiplanapochromáty. V původní specifikaci byly požadovány objektivy třídy plan-achromát. Po upřesnění se požadavek změnil na plan-semiapochromáty, ale uvedené parametry (NA) odpovídají vyšší třídě Plan-apochromáty. Jaké objektivy tedy zadavatel požaduje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel potvrzuje, že požaduje typ objektivů semiplanapochromáty.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **19. 6. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze