

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. dubna 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Spektrometry a další zařízení do pavilonu FLD**“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Je možné dodat VOC komoru s rozměry 920x1000x785 mm?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel trvá na požadovaných rozměrech uvedených v technické specifikaci.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Bude akceptován klimatický rozsah 40 až 60% r.v. při teplotě 20 až 40°C?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel trvá na klimatickém rozsahu uvedeném v technické specifikaci.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

Bude akceptován rozsah rosného bodu +8 až +21°C

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel trvá na rosném bodu uvedeném v technické specifikaci.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:

Bude akceptován rozsah proudění vzduchu 0,1 až 0,3 m/s

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel trvá na rozsahu proudění vzduchu uvedeném v technické specifikaci.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

Ve smlouvě zmiňujete nejkratší možný dodací termín do 7 týdnů, jelikož se jedná o zařízení vyráběné na zakázku, tak se dodací termín pohybuje v rozsahu 20-24 týdnů po podpisu smlouvy, v ZD je předpokládán čas dodání 3-4Q/2015, což bychom měli stihnout za předpokladu, že smlouva bude uzavřena do konce 2Q/2015.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Smlouva bude uzavřena ihned po uplynutí lhůty pro podání námitek (s předpokladem do konce 2Q/2015, nicméně zadavatel nyní nedokáže předvídat průběh zadávacího řízení). Dodací podmínky jsou nastaveny s ohledem na nutnost koordinace instalace přístrojů se stavbou pavilonu FLD ve 4Q/2015. Zadavatel trvá na dodacích podmínkách uvedených ve smlouvě.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 6:

V ZD dokumentaci máte uvedenou předpokládanou cenu, je tato cena i max. přípustná nebo ji lze překročit?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Předpokládaná hodnota není maximálně přípustná.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze