



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. července 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technických specifikacích strojů UV/VIS prosíme o upřesnění požadovaných parametrů: 890_Příloha č. 4b_Technická specifikace – Trváte na spektrální šířce v rozsazích min. „1,8 – 5 nm“?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje spektrální šířku v rozsahu min. 1,8 – 5 nm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

890_Příloha č. 4c_Technická specifikace – Optické rozlišení má být charakterizováno parametrem FWHM (šířkou píku v polovině výšky)? Kterého píku se toto kritérium týká? Výstup z monochromátoru? Při jaké vlnové délce?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jedná se o výstup z monochromátoru při vlnové délce 546 nm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **5. 8. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze