



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 15. července 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka - Přístroje do laboratoří FAPPZ II. část D – Ruční XRF spektrometr - dotaz na technický parametr požadovaného předmětu plnění

Bude zadavatel z důvodu požadované maximální odolnosti a teplotní škály přístroje akceptovat i přístroj, který bude mít hmotnost včetně baterie max 1.85 kg?

Odůvodnění dotazu: Přístroje s nižší hmotností totiž nemají tak pevnou konstrukci a odolnost celého přístroje, jak je pro terénní praxi požadováno. Přístroj s vyšší hmotností navíc nabídne armádní odolnost proti pádu dle normy STD-MIL-810G a odolnost celého přístroje včetně vstupního okénka proti vodě a prachu dle IP 54.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel z přílohy zadávací dokumentace 890_Příloha č. 4d_Technická specifikace odstraňuje požadavek na hmotnost přístroje ve výši max. 1,5 kg. Hmotnost přístroje tedy není žádným parametrem omezena.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **18. 8. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Martin Körber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze