



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 25. července 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro část b): Spektrofotometr UV – VIS

Trváte na wolfram-halogenové lampě? Naše řešení nabízí xenonovou lampu, která pokrývá stejný rozsah vlnové délky, má vyšší citlivost v UV oblasti, stabilizuje se za kratší časy a má vyšší životnost.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel umožňuje světelný zdroj kompatibilní s wolfram-halogenovou lampou. V příloze tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4b_Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky vzít v úvahu pouze tuto upravenou přílohu technické specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pro část b): Spektrofotometr UV – VIS

Trváte na rozsahu spektrální šíře na 1,8 – 5 nm? Naše řešení nabízí fixní šíři spektrální šterbiny 2 nm, což je pro většinu běžných aplikací dostačující.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel mění šířku spektrální šterbiny na min. 2 nm, neboť se jedná o parametr pro běžné aplikace a v rámci měření biologického materiálu je dostačující. V příloze tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4b_Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky vzít v úvahu pouze tuto upravenou přílohu technické specifikace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Pro část b): Spektrofotometr UV – VIS

Trváte na možnosti autosampleru? Naše řešení nabízí možnost 8-pozicového měniče kyvet, který automaticky mění pozice již připravených kyvet v komoře spektrofotometru.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel umožňuje možnost autosampleru nebo měniče pozice kyvet. V příloze tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 4b_Technická specifikace. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky vzít v úvahu pouze tuto upravenou přílohu technické specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **26. 8. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Martin Körber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze