



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V rámci veřejné zakázky bychom rádi položili dotaz k části a) Mikroobjemový spektrofotometr. V rámci technické specifikace je požadavek na rozsah detekce min. 4 – 1500 ng/mikrolitr. Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde přístroj nabízí rozsah detekce 5 – 7500 ng/mikrolitr, s ohledem na to, že se jedná o pouhý 1 ng/mikrolitr rozdíl oproti zadání?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v části a) Mikroobjemový spektrofotometr mění technický parametr Rozsah detekce na min. v rozsahu 5 -1500 ng/mikrolitr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **5. 9. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze