



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 15. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Část c): Spektrofotometr laboratorní: Myslí se pod názvem spektrofotometr laboratorní kompaktní přístroj, nebo se může jednat o sestavu zdroj záření-reflexní sonda-spektrometr-software?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, může se jednat i o sestavu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Část c): Spektrofotometr laboratorní: Pro rozsah 200-850 nm lze optické rozlišení $\leq 1,5$ nm FWHM realizovat pouze se štěrbinou 10 μ m. Pro měření odrazivosti je doporučována štěrбина 50 μ m tak, aby se na detektor dostalo dostatek světla. V takovém případě je optické rozlišení $\leq 2,6$ nm FWHM. Lze tento parametr zmírnit na uvedených 2.6 nm nebo je stále požadováno 1.5 nm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na původních zadávacích podmínkách.

S pozdravem

Ing. Martin Kőrber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze