



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laserový granulometr s příslušenstvím**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mohu požádat o přiblížení účelu "odlučovače částic před vypouštěním do odpadu"?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Předpokládá se, že vzorek (směs vody se zeminou) se bude vypouštět do běžné kanalizace. Před vypouštěním do kanalizace je nezbytné ze vzorku odstranit zeminu, aby nedošlo k zanesení kanalizace. Vypouštění vzorku do zvláštní nádoby se neuvažuje, protože to neřeší problém vyčištění vody. Navíc to je fyzicky náročné. Odlučovač tedy musí mít takovou kapacitu, aby dokázal ze vzorku pro granulometr oddělit zeminu. Tato se bude odstraňovat samostatně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

A dále, v případě, že měřicí kapalina se vzorkem odchází z granulometru do plastového kanystru, je požadavek na zařazení odlučovače před tento kanystr? Nebo je požadavek na vypouštění bez mezikroku v podobě kanystru, nebo jiné nádoby?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jedná se o velmi malá množství zeminy, ale při větším počtu zkoušek se může jednat o nezanedbatelné množství suspenze vody a zeminy, které může limitovat provoz laboratoře a může překračovat fyzické možnosti laborantek. S odvodem vzorku suspenze vody a zeminy se neuvažuje do kanystru ani do jiné nádoby. Odlučovač bude zařazen mezi přístroj a kanalizační odpad.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jakou kapacitu by měl odlučovač mít?



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Kapacita odlučovače by měla být taková, abychom mohli vodu ze vzorku vypouštět do běžného odpadu u umyvadla.

S pozdravem

Ing. Martin Kórber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze