



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přístroje do laboratoří FAPPZ II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci pro část b) Spektrofotometr UV-VIS, uvádíte požadavek: „Možnost autosampleru nebo měniče pozice kyvet.“

Prosím o upřesnění, zda musí být toto příslušenství součástí dodávky, nebo zda se jedná pouze o požadavek na technickou připravenost přístroje k případnému budoucímu připojení tohoto příslušenství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Příslušenství nemusí být součástí dodávky. Jedná se pouze o požadavek na technickou připravenost přístroje k případnému budoucímu připojení tohoto příslušenství.

S pozdravem

Ing. Martin Kőrber
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze